



Produkt Rückruf

COMPLETE® MoisturePLUS™ All-in-one Lösung



Advanced Medical Optics (AMO) ruft freiwillig und mit sofortiger Wirkung seine All-in-one Lösung COMPLETE® MoisturePLUS™ zurück.

Der Rückruf basiert auf einer US-amerikanischen Untersuchung, die sich auf Interviews von 46 Patienten stützt, die seit 2005 an einer Amöbenkeratitis (AK) erkrankten. 39 von ihnen waren Träger weicher Kontaktlinsen – in den USA gibt es schätzungsweise 36.000.000 Kontaktlinsenträger - von denen 21 die All-in-one Lösung COMPLETE® MoisturePLUS™ verwendeten.

Akanthamöben, die in der Natur vorwiegend in Gewässern vorkommen, können bei Augenkontakt gefährliche Infektionen der Hornhaut auslösen.

Trotz der sehr geringen Wahrscheinlichkeit einer möglichen Erkrankung bei der Verwendung von COMPLETE® MoisturePLUS™ hat der Schutz der Augengesundheit unserer Produktverwender höchste Priorität. Deshalb hat sich AMO zu einem freiwilligen Rückruf entschlossen.

Bitte beachten Sie: Dieser Rückruf betrifft nur COMPLETE® MoisturePLUS™ - alle anderen COMPLETE® und AMO-Produkte sind nicht betroffen!

Wenn Sie Anwender von COMPLETE® MoisturePLUS™ sind, stellen Sie die Verwendung bitte umgehend ein!

[Weitere Informationen für COMPLETE® MoisturePLUS™ Verwender](#)

[Weitere Informationen für Kontaktlinsen-Spezialisten/Handel](#)