

26. Mai 2020/bgv26

## **Schutzwirkung nicht gegeben**

### **Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz warnt vor Nutzung von mangelhaften FFP2-Schutzmasken**

**Sicherheitstechnische Untersuchungen haben ergeben, dass die nach den entsprechenden Normen geforderte Schutzwirkung vor schädlichen Aerosol-Infektionen für FFP2-Atemschutzmasken für eine bestimmte Charge der Marke „LexusLance Modell LK-003“ des Importeurs „Brandsstock GmbH“ nicht erreicht werden. Die Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz (BGV) rät daher von der Benutzung des genannten Produkts als Atemschutzmaske ab.**

Seit Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland und Europa wurde durch die Firma Brandsstock GmbH mit Sitz in Hamburg eine Charge Schutzmasken der Klasse FFP2 des Herstellers LexusLance Modell LK-003 importiert und vertrieben. Es betrifft Masken mit den folgenden Angaben auf der Verpackung (siehe auch Fotos anbei):

Production: 9144300053799610K

Lot Number: LK-003-A004

Production Date: 16/03/2020

Expiry Date: 15/03/2021

Zwei unabhängig voneinander durchgeführte sicherheitstechnische Produktuntersuchungen für das Modell LK-003 haben ergeben, dass die geforderte Schutzwirkung zur Abwehr von schädlichen Aerosolen (d.h. Virus-Partikel in der Luft) für eine bestimmte Charge der gelieferten Produkte nicht erreicht wird. Die Behörde geht davon aus, dass die Ursache für die mangelhafte Schutzwirkung konstruktionsbedingt (unzureichendes Filtermaterial) ist.

Durch die mangelhafte Schutzwirkung besteht insbesondere bei der Benutzung dieser Masken bei der Arbeit mit bzw. an infizierten Personen ein hohes Infektionsrisiko. Verwenderinnen und Verwender dieser Masken können sich im Vertrauen auf die Schutzwirkung dadurch u.a. mit dem SARS-CoV2-Erreger infizieren und an COVID19 erkranken. Die Masken sollten daher allenfalls als einfache Mund-Nasen-Bedeckung (also als sogenannte „Community-Maske“) verwendet werden. Händler, die die Maske LexusLance Modell LK-003 von der Brandsstock

GmbH bezogen haben, werden aufgefordert, Käufer der Maske entsprechend zu informieren.  
Die BGV selbst hat keine Masken dieses Herstellers bezogen.

Hinweise zum Abverkauf von Schutzmasken der Marke „LexusLance Modell LK-003“ in Hamburg nimmt in der BGV das Referat Produktsicherheit per E-Mail unter [produktsicherheit@bgv.hamburg.de](mailto:produktsicherheit@bgv.hamburg.de) entgegen.

**Rückfragen der Medien (ausschließlich für Presseanfragen)**

Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz

Telefon: 040 42837 2332

E-Mail: [pressestelle@bgv.hamburg.de](mailto:pressestelle@bgv.hamburg.de)

Internet: [www.hamburg.de/bgv](http://www.hamburg.de/bgv)

Twitter: @bgv\_hh

Instagram: @bgv\_hh